	T.C. SAĐLIK BAKANLIĐI Kahramanmaraş AĐız ve Diş SaĐlıĐı Hastanesi	Doküman Kodu: MC.TL.02
		Yayın Tarihi : 10.07.2015
		Revizyon Tarihi: 04.12.2021
		Revizyon No : 01
BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMELERİNİN KULLANIM DIŐI BIRAKILMASINA YÖNELİK TALİMAT		

1. AMAÇ

SaĐlık tesislerindeki biyomedikal tüketim malzemesi olarak bulunan malzemelerin, tüm personelce korunması ve amacına uygun doĐru bir şekilde kullanımının saĐlanması, saĐlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve ekonomik ömrünü doldurmuş tüketim malzemelerinin kullanım dışı bırakılması ile ilgili işleyişin etkin olarak uygulanabilirliğinin saĐlanması.

2. KAPSAM

Biyomedikal tüketim niteliğindeki malzemeleri ve teknolojileri kapsar.

3. KISALTMALAR

TKY : Taşınır Kayıt Yetkilisi
EMG : Elektromiyografi
EKG : Elektrokardiyografi

4. SORUMLULAR

Hastane Yöneticisi/Başhekim
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü/Müdür Yardımcısı
SaĐlık Tesisi Klinik Mühendislik Hizmetleri Birim Sorumlusu
Biyomedikal TKY
SaĐlık tesisinde biyomedikal cihaz kullanımı olan tüm personeller
Tıbbi Cihaz Yönetim Ekibi
Kalite Yönetim Direktörü

5. FAALİYET AKIŐI

5.1. Kullanılamaz Hale Gelme Durumları

Biyomedikal tüketim malzemesinin kullanılamaz hale gelme durumları aşağıda örneklerle belirtilmiştir.

- Hasta ve Cihaz Bağlantı Kablolarında** (Ekg, Emg kabloları, güç kabloları ve herhangi bağlantı kablosu)
 - Yıpranma, kopma meydana gelmiş ise;
 - Görüntüleme amacıyla kullanılan ara kablolar, görüntüde gürültüye sebep oluyorsa;
 - Kablolardan kaynaklı hatalı ve yanlış ölçüm alınıyorsa;
 - Kablolarda ileti bozuklukları meydana gelmiş ise kablolar kullanım dışı bırakılır.



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi

Doküman Kodu: MC.TL.02
Yayın Tarihi : 10.07.2015
Revizyon Tarihi: 04.12.2021
Revizyon No : 01

BIYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMELERİNİN KULLANIM DIŞI BIRAKILMASINA YÖNELİK TALİMAT

✚ Sterilizasyon Cihazlarında Kullanılan Sıvılar, Yıkama Solüsyonları Ve Biyomedikal Tüketim Depoya Ait Herhangi Bir Sıvıda;

- Uygun ortamlarda saklanmamasından kaynaklı veya herhangi bir sebeple bozulma meydana gelmiş ise;
- Bu malzemeler ile yapılan işlemler sonucu beklenen sonuç alınamıyor ise;
- Sıvılarda beklenmedik etkiler gözleniyor ise;

sıvılar temin edilen firmaya iade edilerek uygun sıvılar ile değiştirilmesi ve uygun olmayan sıvıların kullanım dışı bırakılması sağlanır. Eğer firmalardan destek alınamayacak durumda ise malzemeler kullanım dışı bırakılarak uygun şekilde bertaraf edilir.

✚ Biyomedikal tüketim depoya ait elektronik kartlarda

- Meydana gelen arızalar sağlık tesisinin imkânları ile giderilemiyorsa uygun firmalardan alınan teknik destek ile tamir edilmelidir. Eğer elektronik kartın tamiri mümkün değil ise kullanım dışı bırakılarak değiştirilmesi sağlanır.

✚ Problarda

- Yıpranma, kopma veya herhangi bir sebeple beklenen sonucu alamama durumu meydana geliyorsa ve malzemenin tamiri mümkün değil ise problemler kullanım dışı bırakılarak yenileriyle değiştirilir.


✚ Cihazlarda kullanılan her türlü yedek parçalar ve filtreler

- Yıpranma, aşınma, malzeme stabilitesinin bozulması, kullanım ömrünün veya raf ömrünün dolması gibi problemlere maruz kalmış ise bu durumda öncelikle malzemenin alımının yapıldığı firmadan(firmayı bağlayıcı herhangi bir sözleşme, teknik şartname mevcut ise) değişim talep edilir. Değişim yapılamadığı durumlarda malzeme kullanım dışı bırakılır. İhtiyaç durumuna göre yeni malzeme talebi yapılır.

5.2. Kullanılamaz Hale Gelme İşlemlerinden Öncesinde

✚ Biyomedikal tüketim malzemesinin kullanılacağı cihazın arızalanması, hurda olması gibi sebeplerle artık kullanılamayacağı düşünülen sarf (EKG kâğıdı vb.), yedek parça ve aksesuar durumundaki biyomedikal tüketim malzemeler, hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri birimine bildirilerek sağlık tesisindeki başka birimlerde bulunan diğer cihazlarla kullanılıp kullanılamayacağı kontrol edilir. Uyumlu bulunan cihaz varsa kullanılmak üzere ilgili birime teslim edilir.

✚ Hastane içinde kullanılamayacağı tespit edilirse, hastane Klinik Mühendislik Hizmetleri birimi konu ile ilgili diğer bağlı sağlık tesislerinde ihtiyaç olabileceği ihtimali için İl Sağlık Müdürlüğü Klinik Mühendislik Hizmetleri birimine bilgi verir. Kullanıma verilmeye kadar depo da muhafaza edilir.

	T.C. SAĐLIK BAKANLIĐI Kahramanmaraş Ađız ve Diş Sađlıđı Hastanesi	Doküman Kodu: MC.TL.02
		Yayın Tarihi : 10.07.2015
		Revizyon Tarihi: 04.12.2021
		Revizyon No : 01
BİYOMEDİKAL TÜKETİM MALZEMELERİNİN KULLANIM DIŐI BIRAKILMASINA YÖNELİK TALİMAT		

5.3. Kullanılamaz Hale Gelme İŐlemi Sırasınđa

- ✚ Kullanım dıŐı bırakılan tüm Biyomedikal Tüketim Malzemeleri malzeme gruplarına göre ayrılır. Kimyasal solüsyonlar, kablolar, elektronik kartlar vb. olmak üzere gruplandırılır. Daha sonra atık durumda olan Biyomedikal Tüketim Malzemelerinin uygun koŐullar oluŐturularak bertaraf edilmesi sađlanır.
- ✚ İmhasına karar verilenler usulüne göre yakılmak, gömülmek, eritmek suretiyle imha edilecektir. Ekonomik deđerinin olduđu tespit edilen maden ve madeni parçaları olan hurdalar ile ahŐap olanlar birbirinden ayrılarak tasnif edilecektir.
- ✚ TENMAK mevzuatı kapsamında deđerlendirilecek olan malzemeler için TENMAK ile ilgili süreçler yürütülecektir.
- ✚ MKE veya Milli Emlak Müdürlüğü ile gerçekleştirilecek işlemler kapsamında deđerlendirilecek olan taşınırılar için mer'i mevzuat çerçevesinde ayrıştıırma, satıŐ, gelir elde edinim, depo kayıt ve lojistik süreçleri yürütülecektir.
- ✚ İlgili satıŐ mevzuatları (KİK, trampa gibi) kapsamında deđerlendirilecek taşınırılar için mer'i mevzuat çerçevesinde ayrıştıırma, satıŐ, gelir elde edinim, depo kayıt ve lojistik süreçleri yürütülecektir.

6. DAYANAKLAR

1. Taşınır Mal Yönetmeliđi(27, 28. Madde)
2. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliđi