

	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi	Doküman Kodu: MC.TL.01
		Yayın Tarihi : 10/07/2015
		Revizyon Tarihi:
		Revizyon No : 00
TIBBİ CİHAZ ARIZA BİLDİRİM ve MÜDAHALE TALİMATI		

1-AMAÇ

Sağlık kurumlarında, sağlık hizmet sunumu alanlarında kullanılan biyomedikal dayanıklı taşınırların çalıştırılmaması veya arızalanması durumunda yapılacaklar ile ilgili işleyişin bilinmesi amacıyla bu talimat oluşturulmuştur.

2-KAPSAM

Demirbaş niteliğindeki biyomedikal dayanıklı taşınırları kapsar.

3-SORUMLULAR

Bu talimatın işleyişinden, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü ,Klinik Mühendislik Hizmetleri birimi sorumludur.

4-İŞ AKIŞI

- Sağlık hizmetleri sunum alanlarında kullanılan biyomedikal dayanıklı taşınırların arızalanması durumunda cihaza her hangi bir müdahalede arıza” Arıza Bildirim Formu” ilgili cihaz sorumlusu tarafından doldurularak klinik mühendislik birimine iletilir.
- Klinik Mühendislik Birimi tarafından görevlendirilen personel cihazın problemini değerlendirilir.
- Problem yaşanan cihaz sözleşme (garanti, bakım onarım sözleşmesi gibi) kapsamında ise sözleşme hükümlerince ilgili firma ile iletişime geçilir.
- Sözleşme kapsamında olmayan cihazlar için kurum içi imkanlar ile problem giderilebiliyorsa cihaza müdahale edilir. Kurum içi kaynaklar cihazın çalışır hale getirilebilmesi için yeterli değilse kurum dışı hizmet satın alması yapılarak problemin giderilmesi sağlanır.
- Cihaza yapılan müdahale ile ilgili her türlü faaliyet ve faaliyetlerin sonuçları rapor edilir. Bu raporlar klinik mühendislik biriminde muhafaza edilir.
- Sözleşme kapsamında ya da kurum dışı kaynaklar ile müdahale ediliyorsa müdahalede bulunan teknik personele klinik mühendislik tarafından görevlendirilen personel refakat eder. Müdahale sonunda refakat ettiği kayıt altına alınır. Müdahalelerin mesai saatleri dışında yapılması refakat edilmesine engel değildir.

5- YÜRÜRLÜK

Bu talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer.