| | | |
|---|---|---|
| | T.C.<br>SAĞLIK BAKANLIĞI<br>Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | Doküman Kodu: MC.FR.03<br>Yayın Tarihi : 10.07.2015<br>Revizyon Tarihi:<br>Revizyon No : 00 |

# TIBBİ CİHAZ ARIZA TAKİP FORMU

| KÜNYE UMARASI | CİHAZIN ÜRETİM TARİHİ | GARANTİ BAŞLAMA TARİHİ | GARANTİ BİTİŞ TARİHİ | KURUMDA KULLANIM SÜRESİ | BULUNDUĞU BİRİM | BİRİM SORUMLUSU | ARIZAYA DÜŞME TARİHİ | ARIZA ÇÖZÜM TARİHİ | ARIZADA KALMA SÜRESİ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOPLAM ARIZADA KALMA SÜRESİ | | | |

**KLAVUZU**

ihazın garanti süresi kontrolü gerçekleştirilir.

ğer cihaz garanti kapsamında ise garanti koşulları ve teknik şartnamesi kontrol edilir.Up time süresi % 95 olarak referans alınır.

irma ile irtibata geçilir. Eğer cihazın arızaları bir yıl baz alınarak yani 365 günün % 5 inden fazla (yılda 18 günden fazla)pasif /arızalı durumda kaldığı firmaya yazılı şekilde dayanak rak gönderilir.

ağlık tesisi idaresi bu konuda hizmetin aksamaması için firmaya idari yaptırımlar uygular.

u aşamada Kalite birimleri ve Klinik Mühendislik birimleri konuyla ilgili DÖF düzenleyerek verimi artırmaya yönelik çalışmalar yapar.

ğer cihaz garanti kapsam dışında ise Sağlık kurumu bünyesinde görev yapan Klinik Mühendislik birimleri cihazın Up time sürelerinin rutin olarak kontrol eder.

ihazın yıl bazında belirtilen %5 oranından fazla pasif durumda kalmaması için Klinik Mühendislik birimi gerekli çalışmaları yapar.Eğer sağlık tesisinde uzman teknik personel yoksa nel Sekreterlikten destek alınır.,

ğer cihazdan istenen verim alınamıyorsa, yani bakım onarım için ayrılan bütçeyi aşıyorsa ve ölçüm parametrelerinde yanlışlık varsa Genel Sekreterlikte Klinik Mühendislik biriminden ay alınarak HEK işlemi yapılır.

**KLAVUZU**

ihazın Uptime süresi yılda % 95 fazla olduğu yani arızada kalma süresi 18 günde az olduğu tespit edilmiştir.Biyomedikal Teknik Birim tarafından cihazın Up time sürelerinin rutin olarak trol edilmeye devam edilmelidir.