	T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Kahramanmaraş Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi	Doküman Kodu: MC.FR.04 Yayın Tarihi : 10.07.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No : 00

ÇALIŞMA ZAMANI (UPTIME) TAKİP FORMU

KÜNYE NUMARASI	CİHAZIN ÜRETİM TARİHİ	GARANTİ BAŞLAMA TARİHİ	GARANTİ BİTİŞ TARİHİ	KURUMDA KULLANIM SÜRESİ	BULUNDUĞU BİRİM	BİRİM SORUMLUSU	ARIZAYA DÜŞME TARİHİ	ARIZA ÇÖZÜM TARİHİ	ARIZADA KALMA SÜRESİ
						TOPLAM ARIZADA KALMA SÜRESİ			

KLAVUZU

ihazın garanti süresi kontrolü gerçekleştirilir.

ğer cihaz garanti kapsamında ise garanti koşulları ve teknik şartnamesi kontrol edilir. Uptime süresi % 95 olarak referans alınır.

irma ile irtibata geçilir.Eğer cihazın arızaları bir yıl baz alınarak yani 365 günün % 5 inden fazla (yılda 18 günden fazla)pasif /arızalı durumda kaldığı firmaya yazılı şekilde dayanak rak gönderilir.

ağlık tesisi idaresi bu konuda hizmetin aksamaması için firmaya idari yaptırımlar uygular.

u aşamada Kalite birimleri ve Klinik Mühendislik birimleri konuyla ilgili DÖF düzenleyerek verimi artırmaya yönelik çalışmalar yapar.

ğer cihaz garanti kapsam dışında ise Sağlık kurumu bünyesinde görev yapan Klinik Mühendislik birimleri cihazın Uptime sürelerinin rutin olarak kontrol eder.

ihazın yıl bazında belirtilen %5 oranından fazla pasif durumda kalmaması için Klinik Mühendislik birimi gerekli çalışmaları yapar.Eğer sağlık tesisinde uzman teknik personel yoksa nel Sekreterlikten destek alınır.,

ğer cihazdan istenen verim alınamıyorsa, yani bakım onarım için ayrılan bütçeyi aşıyorsa ve ölçüm parametrelerinde yanlışlık varsa Genel Sekreterlik te Klinik Mühendislik biriminden ay alınarak HEK işlemi yapılır.

KLAVUZU

ihazın Uptime süresi yılda % 95 fazla olduğu yani arızada kalma süresi 18 günde az olduğu tespit edilmiştir. Biyomedikal Teknik Birim tarafından cihazın Up time sürelerinin rutin rak kontrol edilmeye devam edilmelidir.